W zapytaniu ofertowym uściślili Państwo, że AED ma być zgodne z wymogami KSRG, po czym w kolejnym punkcie widnieje zapis, że elektrody AED mają posiadać ważność minimum 5 lat. W wytycznych KSRG nie ma informacji o takim parametrze. Na dodatek parametr taki posiada tylko jeden model AED na rynku - AED ZOLL. Poza tym te elektrody 5-letnie przewidziane dla pacjentów dorosłych (osobne trzeba zakupić dla dzieci) są ponad dwukrotnie droższe niż standardowe elektrody o trwałości 2,5 rocznej, które kosztują ok. 240 zł brutto i są uniwersalne dla dorosłych i dzieci. Czy Zamawiający w tej sytuacji dopuszcza przedstawienie modelu AED, którego elektrody będą miały minimum 2,5 roku przydatności i będą tańsze? Jest to bowiem parametr równoważny lub nawet lepszy.

W odpowiedzi na zapytanie informuję, iż zgadzam się na przedstawienie oferty na defibrylatory, którego elektrody będą posiadały krótszy termin ważności od podanej w zapytaniu ofertowym. Urządzenie to ma mieć elektrody uniwersalne przydatne dla dzieci i dorosłych o trwałości minimum 2,5 roku przydatności.

WÓJT GMINY
mgr Janusz Niekrasz

24 05 2018